

# Virtua<sup>®</sup>

## Medical Disc Publisher

---

### MT - Malti

#### Farsa ġenerali

IlKodonika Virtua Medical Disc Publisher joffri velocità eċċezzjonali, effiċjenza u faċilità ta' użu f'reġistratur tad-diska awtomatiku. Dan l-apparat mediku innovattiv huwa apparat tan-netwerk konformi mad-DICOM li jista' jirrekordja u jittikkettja simultanjament studji mediċi multipli fuq midja CD u DVD. Id-disinn kompatt ta' Virtua fih proċessur inkorporat avvanzat, immaniġġjar ta' diski robotiċi u interface ta' touch screen faċli għall-utent li jtejjeb il-fluss tax-xogħol u l-produttività. L-istampatur inkorporat jipproduċi tikketti ta' diski brillanti u b'kulur sħiħ li jinkludu demografija tal-pazjent u l-indirizz u l-logo tal-faċilità għall-kummerċ. Il-klijenti jistgħu joħolqu t-tikketti jew l-użu tad-dwana tagħhom stessKodonika servizz tad-disinn tat-tikketta tad-diska offrut esklussivament lill-klijenti tagħna.

#### Karatteristiċi / Benefiċċji

- Tirreġistra awtomatikament studji tal-pazjenti mingħajr ma torbot il-workstation tiegħek jew ir-rizorsi tal-impjegati

- Holqien ta' diski fuq talba u ttikkettar direttament minn stazzjonijiet tax-xogħol tal-modalità

- Studji jistgħu jidhru b'mod konvenjenti minn diska fuq workstation billi tuża waħda jew aktar

Telespettaturi DICOM, telespettaturi speċjalizzati u / jew telespettaturi tad-dwana OEM \*

- Rapporti Strutturati HL7 u DICOM jistgħu jiġu riċevuti u mqabbla ma' studju ta' pazjent li jippermetti r-reġistrazzjoni kemm tar-rapport kif ukoll ta' studju flimkien fuq l-istess diska \*\*

- Touchscreen intuwittiva tbiddel in-novizzi f'esperti fi ftit minuti

- L-interface tal-utent huwa disponibbli f'ħafna lingwi

- Arkivju Skedat jirreġistra awtomatikament l-istudji kollha fuq id-diska għall-irkupru ta' rizerwa / dižastru. Tirrekordja wkoll storja sħiħa tal-attivitajiet kollha tal-arkivju fuq kull diska \*\*

- Id-disinn kompatt jippermetti lokazzjoni faċli

- Jissodisfa l-istandards tal-industrija inkluż DICOM parti 10, IHE PDI, u zkuk tal-verifika għall-konformità HIPAA

\* mhux it-telespettaturi kollha huma standard

\*\* karatteristika mhux obligatorja

## Speċifikazzjonijiet

Inputs tal-Midja: Żewġ kontenituri tal-input ta '50 diska

Hruġ tal-Midja: Qasra waħda tal-ħruġ ta '25 diska

Drives ottiċi: Żewġ drajvs CD / DVD

Irrekordjabbli Formati: CD-R, DVD-R

Teknoloġija tal-Istampar tat-Tikketta: Inkjet

Riżoluzzjoni tal-Istampar: Sa 4800 dpi

Skartoċ tal-Ink: Skartoċ wieħed bi tliet kuluri

Interface tal-Utent: Touch screen LCD ta '15 "integrat / li jista' jinqala '

u aċċess tal-web browser remot

Prestazzjoni: \*\*\* Sa 30 CD fis-siegħa, 15 DVD fis-siegħa

Proċessur: Intel® Celeron® G3900

Memorja: 4 GB

Hażna tad-Dejta: 120 GB

Interface: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Protokoll tan-Netwerk: DICOM Store SCP (sa 24 konnessjoni simultanja)

Mistoqsija / irkupru DICOM (mhux obligatorju)

HTTP Web Server (għal kontroll u konfigurazzjoni mill-bogħod)

Smart Drive: USB flash drive għall-ħażna tad-dejta tal-konfigurazzjoni

Qawwa: Input Universali: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (qawwa nominali)

Dimensjonijiet: 26.7"(67.8 cm) H, 19.2 "(48.6 cm) W, 26.7" (67.8 cm) L

Piż: 60 lbs. (28kg.)

Regolatorju: Konformità sħiħa tal-apparat mediku inklużi Klassi 1 AID u Klassi I

MDR 2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,  
Sikurezza Elettrika IEC 60601-1 Ed. 3.1 u EMC / EMI: FCC Klassi B u IEC 60601-1-2: Ed. 4  
għal Faċilitajiet Professionali tal-Kura tas-Saħħa

\*\*\* ibbażat fuq studju kliniku tipiku u konfigurazzjoni tan-netwerk